



บริษัท เพอเพค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวิเคราะห์ค่าออกซิเจน สำหรับเครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ LONGFIAN

รุ่น JAY-120



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวิเคราะห์ค่าออกซิเจน สำหรับเครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ LONGFIAN รุ่น JAY-120 วัดมาตรฐาน
เครื่องวัดออกซิเจน Oxygen

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจน Oxygen Analyze รุ่น JAY-120 เครื่องวัดค่าออกซิเจน ใช้สำหรับตรวจวัด
ความเข้มข้นของออกซิเจน ที่สร้างโดยตะแกรงโมเลกุลออกซิเจน Concentrator
- 2.2. ใช้วัดค่าออกซิเจนในเครื่องผลิตออกซิเจน ออกแบบมาเพื่อวัดความเข้มข้นของออกซิเจน แรงดัน
ต่ำสำหรับเครื่องผลิตออกซิเจน PSA
- 2.3. คุณสมบัติหน้าจอแสดงผล การวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนการไหล การวัดแรงความดัน
ทางออกของออกซิเจน และ
- 2.4. การวัดอัตราการไหลของออกซิเจนในเครื่องผลิต
- 2.5. ขนาดสินค้า กว้าง 8cm - สูง 18.5 cm
- 2.6. แรงดันไฟฟ้า DC9V
- 2.7. กระแสการไหลออกซิเจน Deteciton Range : 0-10L /Min
- 2.8. กระแสการไหลออกซิเจนการตรวจวัดความถูกต้อง : +/- 0.2L /min
- 2.9. ความเข้มข้นของออกซิเจนการตรวจวัดช่วง : (V/V) 21.0-96.0 %
- 2.10. ความเข้มข้นของออกซิเจนการตรวจวัดความถูกต้อง : +/-2%
- 2.11. ความดันตรวจวัดช่วง : 0-21PSI



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

2.12.การตรวจจับความดันความถูกต้อง :+/-1Psi

2.13.อุณหภูมิในการทำงาน : 5-55 c

2.14.เก็บอุณหภูมิ :5-65 c

2.15.อุณหภูมิในการทำงานความชื้น : <90%

2.16.ขนาด :180 x80 มม. x31มม.

2.17.ความชื้นสัมพัทธ์ :5-85% RH