



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

คุณลักษณะเฉพาะหูฟังแพทย์ Riester รุ่น Duplex Aluminum (R4200)



1. วัตถุประสงค์

หูฟัง Riester รุ่น Duplex Aluminum (R4200) เป็นชุดหูฟังการเต้นของหัวใจ รวมถึงเสียงที่เกิดจากการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ปอด ลำไส้ หลอดเลือด รวมถึงใช้ประกอบการวัดความดันโลหิตด้วย เครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจวัดที่ดียิ่งขึ้น

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. สาย non-latex สีน้ำเงิน (4200-03)
- 2.2. ความยาวรวม 74 ซม. น้ำหนัก 97 กรัม
- 2.3. Double Chest Piece ทำด้วย อลูมิเนียมน้ำหนักเบา ใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน
- 2.4. ด้าน diaphragm มี Membrane Ø 44 มม. เพื่อคุณภาพเสียงที่คมชัด สามารถถอดเปลี่ยนได้
- 2.5. ขอบยาง (Non-Chill Rims) แบบบางเรียบเพื่อให้ Membrane สัมผัสตรวจออกได้แนบสนิท
- 2.6. หูฟังแบบนิ่มสามารถหมุนได้ (Soft, pivotable Ear-Tips) ทำให้ใส่สบายกระชับกับช่องหู แม้ขณะเคลื่อนไหว
- 2.7. ด้านในมีสปริง สามารถปรับแรงกดสัมผัส (contact pressure) ได้
- 2.8. นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
- 2.9. รับประกัน 1 ปีจากการใช้งานปกติ



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 3.1. อะไหล่สำรอง Ear-Tips 1 คู่
- 3.2. อะไหล่สำรอง Membrane Ø 44 มม. 1 แผ่น
- 3.3. แลปป้ายชื่อ 1 อัน