



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสงห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด PLOYGREEN รุ่น KI-8280



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด PLOYGREEN รุ่น KI-8280 ราคาถูกมาก ได้มาตรฐาน 100% พร้อมส่งทันทีช่วยตรวจวัดไข้ทางร่างกายได้อย่างแม่นยำ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแสงอินฟราเรดอย่างดี โดยไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายโดยตรง

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ใช้วัดอุณหภูมิที่หน้าผาก และ วัดอุณหภูมิวัดตุ
- 2.2. ระยะการวัดที่เหมาะสม : 3 – 8 เซนติเมตร
- 2.3. หน่วยวัด : °C
- 2.4. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ : หน้าผาก 32.2°C – 43.30
- 2.5. ความแม่นยำ : หน้าผาก 35.5°C – 42.0°C ± 0.2°C
- 2.6. ความละเอียด : 0.1°C
- 2.7. บันทึกข้อมูล : 10 ครั้ง
- 2.8. ปิดเครื่องอัตโนมัติภายใน 1 นาที เมื่อไม่มีการใช้งาน มีสัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่ต่ำ
- 2.9. น้ำหนักโดยประมาณ : 130 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
- 2.10. ผิววัดตุ 0°C – 100 ผิววัดตุ ±0.1°C
- 2.11. แบตเตอรี่ : AAA 1.5 V 2 ก้อน (ใช้วัดได้ประมาณ 5,000 ครั้ง)



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสงห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

2.12.ขนาดเครื่อง : 138 X 90 X 45 มิลลิเมตร

2.13.ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมใช้งาน : $16^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$, ความชื้นสัมพัทธ์ 15 – 95%

2.14.ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บเครื่อง : -20°C ถึง 50°C , ความชื้นสัมพัทธ์ 15 – 95 %

2.15.รับประกัน 1 ปีจากการใช้งานปกติ