



บริษัท เพอเพค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเทอร์โมมิเตอร์อาหาร EXTECH รุ่น TM26



1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

- 1.1. สินค้า EXTECH รุ่น TM26
- 1.2. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 200°C หรือ -40°F ถึง 392°F
- 1.3. ตั้งค่าแจ้งเตือนอุณหภูมิ Alar HI/LO
- 1.4. จอแสดงผลแบบ LCD
- 1.5. ความแม่นยำ $\pm 1^{\circ}\text{C}/1.8^{\circ}\text{F}$
- 1.6. ความละเอียด 0.1°

2. คุณสมบัติทั่วไป

- 2.1. ในชุดประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์อาหาร EXTECH TM26, Magnetic back, Foot stand, Temperature sensor, แบตเตอรี่ CR2032 3V
- 2.2. แบรนดสินค้า EXTECH รุ่น TM26
- 2.3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 200°C หรือ -40°F ถึง 392°F
- 2.4. แจ้งเตือนอุณหภูมิด้วยเสียงและสัญลักษณ์
- 2.5. ตั้งค่าแจ้งเตือนอุณหภูมิ Alar HI/LO
- 2.6. จอแสดงผลแบบ LCD
- 2.7. ความแม่นยำ $\pm 1^{\circ}\text{C}/1.8^{\circ}\text{F}$
- 2.8. ความละเอียด 0.1°
- 2.9. ฟังก์ชัน Min/Max และ reset
- 2.10. ขนาดเครื่อง 86Lx57Hx30D มิลลิเมตร
- 2.11. น้ำหนัก 90 กรัม



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสงห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

- 2.12 ฟังก์ชัน Data Hold หยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า
- 2.13 แจ้งเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ
- 2.14 ตรงตามมาตรฐาน NSF certified เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิอาหาร
- 2.15 โพรบสแตนเลสยาว 105 มิลลิเมตร
- 2.16 สายยาว 150 เซนติเมตร
- 2.17 เปลี่ยนหน่วยการวัดเป็น °C หรือ °F
- 2.18 มีแถบแม่เหล็กด้านหลังของเครื่องสามารถยึดเกาะกับโลหะ
- 2.19 สามารถตั้งโต๊ะหรือแขวนกำแพง
- 2.20 ตัวเครื่องและโพรบกั้นน้ำระดับ IP65