




บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสงห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Pertect.quality.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น EXTECH รุ่น SD500



1. วัตถุประสงค์

Extech รุ่น SD500 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Humidity/Temperature Datalogger + SD CARD สามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาในรูปแบบ Excel

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. หน้าจอจะแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นพร้อมกัน
- 2.2. ตัวเครื่องจะเก็บข้อมูลด้วย SD การ์ด และบันทึกไฟล์ในรูปแบบ Excel ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน
- 2.3. สามารถตั้งค่าการบันทึกข้อมูลได้ 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 วินาที