



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดทางหู YUWELL รุ่น YHT101



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดทางหู YUWELL รุ่น YHT101 วัดอุณหภูมิผ่านรูหู ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จอแสดงผล LCD ฟังก์ชันแจ้งเตือนกรณีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. วัดอุณหภูมิทางรูหู ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- 2.2. ประเภทกันน้ำกันฝุ่น IP22
- 2.3. หน้าจอแสดงผล LCD
- 2.4. ใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน
- 2.5. ใช้ระยะเวลาในการตรวจวัด $\leq 1 - 2$ วินาที
- 2.6. สามารถวัดได้ทั้งหน่วย $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$
- 2.7. ช่วงการวัด : $34^{\circ}\text{C} \sim 42.2^{\circ}\text{C}$ ($93.2^{\circ}\text{F} \sim 107.96^{\circ}\text{F}$)
- 2.8. ฟังก์ชันแจ้งเตือนกรณีอุณหภูมิมากกว่า 37.5°C
- 2.9. สามารถแสดงบันทึกข้อมูลการวัดได้ 7 ค่า
- 2.10. ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติกรณีไม่ได้ใช้งาน : 60 วินาที ± 10 วินาที
- 2.11. ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70%
- 2.12. การรับประกันเครื่อง : 2 ปี