



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quailty.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ YUWELL รุ่น YT310 (ปลายอ่อน)



yw.1024/2565

1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ YUWELL รุ่น YT310 (ปลายอ่อน) วัดอุณหภูมิทางปากและรักแร้ สามารถวัดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ใช้แบตเตอรี่กระดุม รุ่น LR41 จอแสดงผล LCD
- 2.2. ใช้เวลาเปิดเครื่องเพียง 5 นาที ใช้ระยะเวลาในการตรวจ 10 นาที
- 2.3. สามารถแสดงบันทึกข้อมูลการวัดก่อนหน้านี้ได้ หน่วยการวัดองศา
- 2.4. ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ได้ ประเภทนํ้ากันฝุ่น IP22

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 3.1. เครื่องวัดอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ (พร้อมแบตเตอรี่แบบกระดุมในตัวเครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง
- 3.2. เคสปกป้องตัว เครื่อง 1 อัน
- 3.3. คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เล่ม