



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วยเด็ก 2 ไกร์ แบบมือหมุน PISIT รุ่น PP019



1. วัตถุประสงค์

เตียงเฟาวเลอร์เด็ก 2 ไกร์ (Fowler Bed with 2 Cranks) มีราวกันพร้อมที่นอน เป็นเตียงที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยอย่างมาก เหมาะสำหรับสถานพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยปฏิบัติการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และยังช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงสามารถขยับตัวได้ง่ายขึ้นด้วย

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด กxยxส (75x135x75 cm) ความสูงไม่รวมนอน
- 2.2. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีกันสนิม
- 2.3. พื้นเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน วัสดุไม้อัดหนา 10 mm
- 2.4. พนักหัว-ท้ายเตียง แบบลูกกรง ทำจากท่อเหล็กกลม ขนาด 1 1/4"
- 2.5. ราวกันทำจากท่อสแตนเลสกลม ขนาด 7/8"
- 2.6. สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง ยกสูงได้ประมาณ 0-80 องศา
- 2.7. สามารถปรับระดับท้ายเตียง ยกสูงได้ประมาณ 0-45 องศา
- 2.8. มือหมุนทำจากเหล็กชุบโครเมียม สามารถพับได้



บริษัท เพอร์เฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

2.9. ที่นอนทำจากฟองน้ำอัด หุ้มด้วยผ้าหนังเทียม ขนาด 3"

2.10.รับประกัน โครงสร้าง 1 ปีจากการใช้งานปกติ