



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quailty.lab@gmail.com

## คุณลักษณะเฉพาะที่นอนลมแบบรังผึ้ง OLA รุ่น OLA250



### 1. วัตถุประสงค์

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง OLA รุ่น OLA250 เป็นที่นอนลมสำหรับป้องกันแผลกดทับ เหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ไม่ยุบไม่ยวบ รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ทนทาน มี CPR ปลดอคมได้อย่างรวดเร็วในเวลาฉุกเฉิน

### 2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด 89 x 198 x 6.3 ซม. (กว้าง x ยาว x หนา)
- 2.2. น้ำหนักของเครื่องปั๊มลมไฟฟ้า 1.1 กก.
- 2.3. รองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง 100 กก.
- 2.4. วัสดุทำจากพลาสติก PVC
- 2.5. ช่วยลดการเกิดแผลกดทับจากการนอน
- 2.6. ทำความสะอาดง่าย
- 2.7. ใช้ไฟบ้าน 220v/50Hz
- 2.8. นำเข้าจากประเทศไต้หวัน
- 2.9. รับประกันสินค้าที่นอน 1 ปี
- 2.10. รับประกันมอเตอร์ 5 ปี



### บริษัท เพอร์เฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

### 3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

|                                  |       |   |         |
|----------------------------------|-------|---|---------|
| 3.1. แผ่นพื้นนอนลม               | จำนวน | 1 | แผ่น    |
| 3.2. มอเตอร์                     | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 3.3. ชุดซ่อมประอยรั่ว            | จำนวน | 1 | ชุด     |
| 3.4. คู่มือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ | จำนวน | 1 | ฉบับ    |