



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องพ่นยา BEURER NEBULIZER รุ่น IH26



1. วัตถุประสงค์

เครื่องพ่นละอองยา Beurer Nebulizer IH26 สำหรับพ่นละอองยาเพื่อบรรเทาอาการคัด แน่นจมูก หายใจลำบาก สำหรับผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือ อาการหอบ หืด โดยเฉพาะในช่วงเวลาฤดูหนาว หรือฤดูฝนที่มักมีอาการกำเริบได้ง่ายที่สุด หรือแม้แต่ในยามที่ได้รับสารบางอย่างที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ การได้รับยาเพื่อบรรเทาอาการโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถกลับมาหายใจได้อย่างปกติ

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เทคโนโลยีอัลตราซาวด์สำหรับการรักษาทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง, โรคหัด, โรคหอบหืด, โรคทางเดินหายใจส่วนบนส่วนล่างที่เหมาะสมสำหรับการหายใจได้ดี
- 2.2. ใช้แรงดัน ~0.8 ถึง 1.45 บาร์
- 2.3. พ่นละอองยาได้ประมาณ 0.3 มล/นาที
- 2.4. ละอองขนาดเล็ก ~3.07 μm
- 2.5. ระยะเวลายาหมด ~ 24 นาที (6 มล.)
- 2.6. อ่านคำแนะนำในฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้