



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด


เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบ กึ่งอัตโนมัติ

YUWELL รุ่น Heart Save Y8



1. วัตถุประสงค์

เครื่อง AED เหมาะกับการใช้งานตามกฎกระทรวง ดังนี้ บุคคลทั่วไป , บริษัทห้างร้านใหญ่ , โรงแรม , สถานบันเทิง , โรงเรียน , สนามบิน , ชุมชน , สถานที่ราชการ , โรงงานขนาดใหญ่ , รถสายตรวจ , รถพยาบาล , รถดับเพลิง

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอกแบบ กึ่งอัตโนมัติ พกพาง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
- 2.2. ตัวเครื่องมีระบบแจ้งเตือนความลึกของการกดปั๊มหัวใจ
- 2.3. เครื่องกระตุ้นหัวใจใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
- 2.4. มีระบบแนะนำการใช้งานเป็นเสียงถึง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย , อังกฤษ , จีน , ญี่ปุ่น
- 2.5. ได้รับมาตรฐาน ISO13485 หรือ CE



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 3.1. ใช้เทคโนโลยี Biphasic การปล่อยไฟฟ้าได้ 2 ทิศทาง ทำให้ลดการเบิร์นของบริเวณที่ติดแผ่น Electrode ได้
- 3.2. มีหน้าจอแสดงสถานะความพร้อมใช้งานของเครื่อง
- 3.3. ช่วงการกระตุ้นหัวใจในโหมดผู้ใหญ่ ตั้งแต่ 200 ,300 และ 360 จูลส์
- 3.4. ช่วงการกระตุ้นหัวใจในโหมดเด็ก ตั้งแต่ 50 ,70 และ 100 จูลส์
- 3.5. ตัวเครื่องมืออายุการใช้งาน 10 ปี
- 3.6. การจัดเก็บข้อมูล คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 10 ชม. / เหตุการณ์ 2,000 ครั้ง / บันทึกเสียง 2 ชม. / ข้อมูล CPR 10 ชม.

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | | | |
|---|-------|---|---------|
| 4.1. เครื่อง AED : Heart Save YA8 | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 4.2. แบตเตอรี่ LiMnO2 | จำนวน | 1 | ชุด |
| 4.3. ชุด Emergency Kit | จำนวน | 1 | ชุด |
| 4.4. Electrode และ CPR แผ่นนำไฟฟ้าแบบมี feedback sensor | จำนวน | 1 | ชุด |
| 4.5. คู่มือการใช้งาน | | | |