



## บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com [www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com](http://www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com)

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

### คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว รุ่น CM-MD300C29



#### 1. วัตถุประสงค์

ใช้วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ ทางนิ้วมือเหมาะที่จะใช้ที่บ้านและตามสถานพยาบาล สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

#### 2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด ยาว 58 mm X กว้าง 32 mm X สูง 34 mm, น้ำหนัก 50g (รวมแบตเตอรี่)
- 2.2. แสดงผลบนหน้าจอ OLED, 2 สี
- 2.3. แสดงค่า SpO2, PR, Pulse bar, Waveform, Battery-low indicator
- 2.4. แสดงผล 6 แบบ
- 2.5. ปรับความสว่างได้ 10 ระดับ
- 2.6. ใช้แบตเตอรี่แอลคาไลน์ AAA 1.5 V. 2 ก้อน , 600mAh สามารถใช้งานต่อเนื่อง ได้นาน 30 ชั่วโมง
- 2.7. เครื่องดับเองอัตโนมัติหากไม่มีสัญญาณเกินกว่า 8 วินาที

#### 3. คุณลักษณะทางเทคนิค

- 3.1. SpO2 ช่วงการวัด : 70 – 99 % , ความถูกต้อง :  $\pm 2$  % ในช่วง 80-99%
- 3.2. Pulse Rate ช่วงการวัด : 30 – 235 bpm , ความถูกต้อง :  $\pm 2$  bpm ในช่วง 30-99 bpm



## บริษัท ดีออกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com [www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com](http://www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com)

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

### 4. อุปกรณ์ประกอบใช้งาน

- 4.1. สายคล้องเครื่อง
- 4.2. แบตเตอรี่ 2 ก้อน
- 4.3. คู่มือการใช้งาน
- 4.4. ซองซิลิโคน
- 4.5. ถังในลอน

### 5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1. ผลิตภัณท์ Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd. ประเทศจีน
- 5.2. ผลิตได้มาตรฐาน EC , ISO13485