



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ KL-605T Syringe Pump



1. วัตถุประสงค์

การจัดการแบบไร้สาย : การตรวจสอบจากส่วนกลางโดย Infusion Management System DPS ระบบแรงดันแบบไดนามิก การตรวจจับความแปรผันของแรงดันในสายต่อ

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. กลไกขั้นสูงเพื่อความแม่นยำและความสม่ำเสมอในการแช่สูง
- 2.2. การออกแบบป้องกันกอลลักน้ำ
- 2.3. สัญญาณเตือนที่มองเห็นและเสียงที่ครอบคลุม
- 2.4. ขนาดเข็มฉีดยาที่ใช้ได้: 5, 10, 20, 30, 50/60 มล.
- 2.5. แบรนต์เข็มฉีดยาที่กำหนดเอง
- 2.6. การลดขนาดยาอัตโนมัติหลังการสับสน
- 2.7. ห้องสมุดยาที่มีมากกว่า 60 รายการ
- 2.8. การจัดการแบบไร้สาย: การตรวจสอบจากส่วนกลางโดย Infusion Management System
- 2.9. DPS ระบบแรงดันแบบไดนามิก การตรวจจับความแปรผันของแรงดันในสายต่อ
- 2.10. แบตเตอรี่สำรองสูงสุด 8 ชั่วโมง, แสดงสถานะแบตเตอรี่