



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟก จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะแถบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

Yuwell รุ่น Y330 (Blood glucose strip)



1. วัตถุประสงค์

เหมาะกับผู้ป่วยเป็นเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาล รวมถึงผู้สูงอายุ เป็นแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดอ่านค่าโดยเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา สามารถตรวจเลือดจากเส้นเลือดฝอยจากปลายนิ้ว

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เหมาะกับผู้ป่วยเป็นเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาล รวมถึงผู้สูงอายุ
- 2.2. เป็นแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดอ่านค่าโดยเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา สามารถตรวจเลือดจากเส้นเลือดฝอยจากปลายนิ้ว
- 2.3. เป็นแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ที่ใช้หลักการตรวจวัดแบบ Biosensor และเอนไซม์ glucose oxidase (GO)
- 2.4. สามารถตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 20-600 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
- 2.5. สามารถทำงานตรวจวัดได้ปกติในช่วงอุณหภูมิ 10-40 องศาเซลเซียส
- 2.6. สามารถทำงานตรวจวัดได้ปกติในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ น้อยกว่า 85%
- 2.7. สามารถตรวจวัดได้ในเลือดที่มีช่วงฮีมาโตคริต 30-60 %
- 2.8. ใช้เวลาในการตรวจวัดไม่เกิน 10 วินาที
- 2.9. ใช้ปริมาณเลือดในการตรวจวัด 1 ไมโครลิตร



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.10. ใช้ Plasma equivalent เป็นสารสอบเทียบ
- 2.11. มีระบบเตือน กรณีอุณหภูมิที่ทำการทดสอบไม่อยู่ในช่วงที่เหมาะสม
- 2.12. ได้รับแจ้งรายการละเอียดที่ 65-2-2-1-0007740