



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว YUWELL รุ่น YX102



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ยี่ห้อ YUWELL รุ่น YX102 หน้าจอแสดงผล LED ไฟสีขาว อ่านง่าย เครื่องปิดอัตโนมัติหากไม่มีสัญญาณเกินกว่า 8 วินาที

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ใช้วัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse Rate) โดยหนีบที่ปลายนิ้วมือ
- 2.2. การอ่านที่แม่นยำเชื่อถือได้และรวดเร็ว
- 2.3. เหมาะสำหรับทุกวัย การออกแบบที่ซับซ้อนช่วยให้ขนาดนิ้วต่างๆ พอดีกับช่องนิ้ว
- 2.4. ใช้งานง่าย ใช้งานง่าย ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกพกพา
- 2.5. เครื่องปิดอัตโนมัติหากไม่มีสัญญาณเกินกว่า 8 วินาที
- 2.6. หน้าจอแสดงผล LED ไฟสีขาว อ่านง่าย
- 2.7. การแสดงผลของค่าออกซิเจน : 0 ~ 100%, (2%)
- 2.8. สามารถจับสัญญาณชีพจรได้ในช่วง 25-250 ครั้ง/นาที (ความคลาดเคลื่อน 1%)
- 2.9. ใช้แบตเตอรี่ AAA 1.5V (2 ก้อน) น้ำหนักเครื่อง 45 กรัม (ไม่รวมถ่าน)



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. ด้านพลังงาน

- 3.1. ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA (2 ก้อน)
- 3.2. มีสัญลักษณ์เตือนแบตเตอรี่อ่อนที่หน้าจอ
- 3.3. เครื่องจะดับเองอัตโนมัติ หากไม่มีสัญญาณเกิน 8 วินาที

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 4.1. ตัวเครื่องพร้อมถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
- 4.2. สายคล้องคอ จำนวน 1 เส้น
- 4.3. คู่มือการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษ จำนวน 1 ชุด