



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้อาหารทางสายยาง Beaconn รุ่น BN-700A



1. วัตถุประสงค์

เครื่องให้อาหารทางสายยาง Beaconn รุ่น BN-700A เป็นเครื่องให้อาหารทางสายยางอัตโนมัติ หรือเครื่องฟีดอาหารผู้ป่วย สามารถตั้งเวลาได้ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาดตัวเครื่อง 125 x 195 x 220 มม.
- 2.2. น้ำหนัก 1.6 กก.
- 2.3. เป็นเครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยาง
- 2.4. หน้าจอแสดงผลขนาด 2.8 นิ้ว (ระบบ TFT)
- 2.5. หน้าจอแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษ
- 2.6. ปรับเสียงการแจ้งเตือนได้ 8 ระดับ
- 2.7. มีระบบ Key lock
- 2.8. ใช้ได้กับไฟขนาด 85V – 265V, 50 Hz/ 60 Hz, $\leq 25W$
- 2.9. มีไฟ เสียงและหน้าจอ ในการแจ้งเตือนการแจ้งเตือน
- 2.10. นำเข้าจากประเทศจีน
- 2.11. รับประกัน 2 ปี มอเตอร์ 6 เดือนจากการใช้งานปกติ



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 3.1 ระบบการทำงานเป็นระบบ Dual CPU system
- 3.2 ความแม่นยำในการให้สาร $\leq \pm 10\%$
- 3.3 อัตราความเร็วในการไหลของของเหลวสำหรับ ของเหลวปกติปรับได้: 1-500ml/hr. และ ของเหลวที่มีความหนืดปรับได้: 1-300ml/hr.
- 3.4 ปริมาตรของเหลวที่ต้องการให้ปรับได้ตั้งแต่ 0- 9,999 มิลลิลิตร
แสดงปริมาตรของเหลวที่เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยได้ตั้งแต่ 0 – 9,999 มิลลิลิตร
- 3.5 สามารถเลือกใช้งานได้ 2 โหมด คือ Continuous mode และ Intermittent mode
- 3.6 สามารถปรับโหมดการตั้งค่าการให้อาหารเหลวทางสายยางได้ 2 โหมด
 - การให้อาหารเหลวแบบต่อเนื่อง
 - การให้อาหารเหลวโดยการตั้งเวลา ปริมาตร อัตราการไหล ฯลฯ