



## บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com [www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com](http://www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com)

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

### คุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้อาหารทางสายยาง KELLYMED รุ่น KL-5021-A



#### 1. วัตถุประสงค์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องให้อาหารเหลว, อาหารปั่น หรือนม โดยสามารถให้ได้ทั้งทางจมูก หรือหน้าท้อง เครื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง

#### 2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องให้อาหารเหลว, อาหารปั่น หรือนม โดยสามารถให้ได้ทั้งทางจมูก หรือหน้าท้อง
  - เครื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง
  - สามารถให้อาหารชนิดได้ ไม่มีปัญหาเรื่อง เสียงดัง
  - สามารถใช้ร่วมกับถุงให้อาหารแบบ nutri bag ได้
  - มีตัวอุ่นอาหารในตัว
- 2.2. มีแบตเตอรี่ในตัว ใช้งานได้นานสูงสุด 8 ชั่วโมง
- 2.3. สามารถตั้งค่าปริมาณอาหารต่อครั้งและเวลาได้
- 2.4. มีระบบตรวจสอบแรงดันแบบไดนามิก (DPS) เพื่อตรวจจับแรงดันที่ผิดปกติในสาย
- 2.5. หน้าจอแสดงผลแบบเรียลไทม์ แสดงค่าปริมาณอาหารที่ได้รับต่อนาที, อัตราการไหล, และปริมาณอาหารที่ให้ไปแล้ว