

## คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ ราวด์ไลด์ รุ่น BII-40



### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1. เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยในทุกประเภท
- 1.2. เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภท และโรงพยาบาล, ศูนย์ผู้สูงอายุ และ ร้านยา ร้านอุปกรณ์การแพทย์
- 1.3. เตียงที่ใช้มือหมุนไกร์สองตำแหน่งเพื่อปรับระดับส่วนหัว (หลัง) และส่วนขา ของเตียง ทำให้ผู้ป่วยสามารถนั่งเอนหลังหรือยกลุกขึ้นมาได้ แต่ ไม่สามารถปรับความสูงต่ำของเตียงได้ เนื่องจากไม่มีไกร์สำหรับฟังก์ชันนี้ เตียงประเภทนี้มีราคาไม่สูงและไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่พอจะขยับตัวได้บ้าง หรือผู้ดูแลที่ช่วยปรับท่าทางให้

### 2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เตียงผู้ป่วยมีขนาด กว้างxยาวxสูง (90x200x50 cm.)
- 2.2. ความกว้างและความยาววัดจากโครงเตียงด้านนอกไม่รวมราวกัน ความสูงวัดจากพื้นถึงโครงเตียงด้านบนไม่รวมที่นอน
- 2.3. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่องพ่นสี powdercoat กันสนิม มีความแข็งแรง ทนทาน
- 2.4. พื้นเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน ทำจากพื้นเหล็กกระแนงแนวขวาง เพิ่มความแข็งแรง คงทน
- 2.5. พนักหัวเตียง-ท้ายเตียงทำจากพลาสติก ABS เป็นพลาสติกอย่างดี สามารถถอดเข้า-ออกได้ สะดวกต่อการใช้งาน แข็งแรงทนทาน คุณภาพดีไม่เป็นเชื้อรา
- 2.6. ล้อเตียงเป็นล้อเดี่ยว จำนวน 4 ล้อ ระบบล้ออิสระล้อแบบอิสระ
- 2.7. ใส่ล้อขนาด 5 นิ้ว มีเบรคทั้ง 4 ล้อ

- 2.8. ราวกันเตียงทำจากอลูมิเนียมพับเก็บได้ โดยมีชุดบีบล็อคออยู่บริเวณปลายราว
- 2.9. สามารถปรับระดับ ขกด้านหัวเตียง ได้ประมาณ 0-75 องศา
- 2.10.สามารถปรับระดับ ขกจอเข้าด้านขาเตียง ได้ประมาณ 0-45 องศา
- 2.11.ราวข้างเตียงสไลด์ ทำจากอลูมิเนียม
- 2.12.เสาน้ำเกลือผลิตจากสแตนเลส สามารถถอดเข้าออกได้
- 2.13.เสาน้ำเกลือปรับระดับได้
- 2.14.ที่นอนทำจากฟองน้ำ 4 ตอน หุ้มหนังเทียม
- 2.15.รับประกัน 1 ปี (เฉพาะ โครงสร้าง)
- 2.16.สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 150-200 Kg
- 2.17.พื้นเตียงทำจากแผ่นเหล็กพับขึ้นรูป

### 3. ส่วนประกอบเตียง ประกอบด้วย

- |                         |       |   |      |
|-------------------------|-------|---|------|
| 3.1. เตียง              | จำนวน | 1 | หลัง |
| 3.2. ที่นอนฟองน้ำ 4 ตอน | จำนวน | 1 | หลัง |
| 3.3. เสาน้ำเกลือ        | จำนวน | 1 | เสา  |











