

คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ SAIKANG รุ่น SK-V3V รวปีกนก



1. วัตถุประสงค์

เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ แบบมือหมุน SAIKANG รุ่น SK-V3V รวกันตแบบปีกนก รองรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม รับประกัน 1 ปี พร้อมที่นอนผู้ป่วย และเสาน้ำเกลือ

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เตียงผู้ป่วยมือหมุน 3 ไกร์ ปรับได้ 3 ส่วน (Manual Bed 3 functions)
- 2.2. ปรับระดับส่วนหัวหรือปรับส่วนพักหลังในท่านั่งได้ 0-73 ±10 องศา
- 2.3. ปรับระดับส่วนขาขึ้นลงในลักษณะงอเข้าได้ 0-38 ±10 องศา
- 2.4. ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียงได้ 43-74 ซม.

3. โครงสร้างและส่วนประกอบ

- 3.1. โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง เกรดทางการแพทย์
- 3.2. ขนาดเตียง 102.5 x 213 x 43-74 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- 3.3. รองรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม
- 3.4. สามารถควบคุมการปรับท่าทางต่าง ๆ ของเตียงด้วยก้านมือหมุนบริเวณปลายเตียง
- 3.5. แผ่นรองเตียงทำจากวัสดุพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP)
- 3.6. รวกันตแบบปีกนก 4 ชั้น (ข้างละ 2 ชั้น) ทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) สามารถปลดขึ้น-ลงได้
- 3.7. พนักหัวและท้ายเตียงทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) สามารถถอดออกได้

- 3.8. พนักหัวและท้ายเตียงออกแบบมาในลักษณะ Germ-free design ไร้รอยต่อและลดการสะสมของแบคทีเรีย
- 3.9. ราวก้นตกชนิดปีกลนกด้านข้างเตียง มีแกนจับสำหรับพยุงตัวเมื่อพลิกตัว, ลูกขึ้นนั่ง, ลูกออกจากเตียง, หรือขึ้นเตียง
- 3.10. ระบบ Auto-regression function เพิ่มพื้นบริเวณส่วนรอนนั่ง 100 มม. ช่วยลดแรงเสียดทานและแรงเสียดทานระหว่างร่างกายผู้ป่วยและเตียงขณะปรับเอนหลังขึ้นในท่านั่งและงอเข้า พร้อมทั้งลดแรงกดทับบริเวณสะโพกและก้นกบ
- 3.11. มีตัวระบุระดับองศาของเตียงบริเวณราวกันตกทั้ง 2 ด้าน (Angle indicator) 0-90°
- 3.12. มี Wall bumper ล้อกันชนบริเวณขอบเตียง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. ป้องกันการกระแทกระหว่างเตียงและผนัง
- 3.13. มี Mattress retainer สันบริเวณแผ่นรองเตียงความสูง 33 มม. กันไม่ให้ฟูกนอนหลุดออกจากเตียง
- 3.14. ตะขอเกี่ยวข้างเตียง (Drainage hook) เป็นลักษณะ built-in มาพร้อมกับราวกันข้างเตียง
- 3.15. ตัวโลหะผ่านขบวนการเคลือบสีแบบ อีพ็อกซี่ (epoxy) หนา 0.12 มิลลิเมตร
- 3.16. วัสดุส่วนที่เป็นพลาสติกสามารถนำไปฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 100°C
- 3.17. ล้อขนาด 5 นิ้ว ผลิตจากยางเทอร์โมพลาสติก (TPR) มีความแข็งแรง ทนทาน
- 3.18. ระบบล้อคล้อยเดี่ยว โดยใช้เป็นเหยียบเพื่อล้อหรือปลดล้อแต่ละล้อ
- 3.19. เสาน้ำเกลือ 4 ตะขอ ทำจากวัสดุสแตนเลส รับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 15 กิโลกรัม

4. ภายในชุดประกอบด้วย

4.1. เตียงผู้ป่วยมือหมุน 3 ไก่	จำนวน	1	หลัง
4.2. เสาน้ำเกลือ IV มีราวแขน 4 ด้าน	จำนวน	1	ชุด
4.3. เบาะรองนอน	จำนวน	1	หลัง
4.4. ตะขอแขวนพลาสติก	จำนวน	2	ชิ้น