



บริษัท ดีออกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปั่น Amagam รุ่น Ultramat2 ยี่ห้อ SDI



1. วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องผสม Amalgamator ใช้สำหรับ Amalgam ทุกชนิด

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ควบคุมการทำงานด้วยวงจร Microprocessor
- 2.2. ให้ความเที่ยงตรงในการทำงานซ้ำกันได้หลายครั้ง
- 2.3. หน้าปัดเครื่องเป็นระบบสัมผัส พร้อมทั้งตั้งเวลาการทำงานแบบอัตโนมัติ
- 2.4. บอกเวลาชัดเจน ด้วยตัวเลขเรืองแสง (Digital)
- 2.5. บอกเวลาชัดเจน 4,600/min \pm 1%
- 2.6. ความเร็วของการปั่นไม่ต่ำกว่า 4,000 รอบต่อนาที
- 2.7. ระบบกันกระเทือนของตัวเครื่องขณะทำงานเป็นระบบแขวนลอยบนแท่นสปริง
- 2.8. มีระบบหยุดอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหาย
- 2.9. ใช้ได้สำหรับ Amalgam ทุกชนิด
- 2.10. ตัวเครื่องทำจากวัสดุ ABS Material ไม่มีล่อไฟฟ้า
- 2.11. เครื่องทำงานเสียงเงียบ มีสวิทช์เปิด-ปิดเครื่อง
- 2.12. มีระบบป้องกันโอปรอทฟุ้งกระจาย



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.13. ใช้ไฟขนาด 110/240v.50/60Hz.
- 2.14. น้ำหนัก 2.765 kg.
- 2.15. ยี่ห้อ SDI ผลิตในประเทศออสเตรเลีย
- 2.16. รับประกันเครื่อง 1ปี