



บริษัท ดีออกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

Jumper รุ่น JPD-200C



1. วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องตรวจการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ สำหรับตรวจครรภ์ตั้งแต่ 9 สัปดาห์ขึ้นไป โดยฟังเสียงจากลำโพง มีลำโพงในตัว เสียงดัง ฟังชัด

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เป็นเครื่องตรวจการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์
- 2.2. สำหรับตรวจครรภ์ตั้งแต่ 9 สัปดาห์ขึ้นไป โดยฟังเสียงจากลำโพง
- 2.3. หัวตรวจมีความไวสูง แข็งแรงทนทาน ป้องกันการเสียหายจากการตก
- 2.4. หน้าจอ LCD แสดงอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์
- 2.5. ใช้งานง่าย ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มเดียว
- 2.6. ตัวเครื่องตั้งบนฐาน เพื่อชาร์จไฟอัตโนมัติ และป้องกันความดันไฟเกิน
- 2.7. มีลำโพงในตัว เสียงดัง ฟังชัด
- 2.8. ความถี่คลื่นเสียง Frequency 3 MHz หรือ $2.2 \text{ MHz} \pm 3\%$ (หัวตรวจ 2 อัน สามารถเลือกซื้อได้)
- 2.9. ความเข้มคลื่นเสียง Intensity น้อยกว่า 10 mW/cm^2
- 2.10. หน่วย ครั้ง/นาที (BPM)
- 2.11. ช่วงการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 60 – 210 ครั้ง/นาที



บริษัท ดีออกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

2.12. ความแม่นยำ ± 1 ครั้ง/นาที.

2.13. ใช้ไฟกระแสสลับ 220V 50Hz

2.14. แบตเตอรี่ชาร์จไฟ แบตเตอรี่ชาร์จไฟความจุ 750 mAh (ใช้ได้ >8 ชม. เมื่อชาร์จเต็ม)

2.15. ขนาดตัวเครื่อง กว้าง x ยาว x สูง = 24 x 16 x 11.5 ซม.

2.16. น้ำหนักตัวเครื่อง 1.12 กก.

2.17. น้ำหนักที่ชาร์จ 0.64 กก.