



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น แบบดิจิทัล

Beurer รุ่น HM22



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดความชื้น เครื่องแสดงอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี สามารถตั้งโต๊ะ หรือแขวนผนังได้

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. หน้าจอใหญ่ แสดงตัวเลขอย่างชัดเจน
- 2.2. มีฟังก์ชันจับเวลา แสดงวันที่และเวลา
- 2.3. สามารถตั้งค่าเป็น °C / °F ได้
- 2.4. ช่วงการวัดอุณหภูมิ : 10 °C ถึง 50 °C / 14 °F ถึง 122 °F
- 2.5. ความแม่นยำในการวัด : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0 °C ถึง + 40 °C) / $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (-10 °C ถึง 0 °C, + 40 °C ถึง + 50 °C)
- 2.6. ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ : 20% ถึง 95%
- 2.7. ความแม่นยำในการวัด : $\pm 5\% \text{ RH}$ (40% ถึง 80%) / $\pm 8\% \text{ RH}$ (20 °C ถึง 40% และ 80% ถึง 95%)