



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

คุณลักษณะเฉพาะหูฟังแพทย์ Riester รุ่น Duplex 2.0 สำหรับทารก (R4230)



1. วัตถุประสงค์

หูฟังแพทย์ Riester รุ่น Duplex 2.0 Neonatal Stainless Steel (R4230) เป็นชุดหูฟังการเต้นของหัวใจ สำหรับทารกแรกเกิด รวมถึงเสียงที่เกิดจากการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ปอด ลำไส้ หลอดเลือด รวมถึงใช้ประกอบการวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจวัดที่ดี ยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับทารก

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. สาย non-latex มีสีขาว (4230-02), แดง (4230-04), เขียว (4230-05)
- 2.2. ความยาวรวม 69 ซม. น้ำหนัก 105 กรัม
- 2.3. ด้าน Bell ขนาด $\varnothing$ 17.5 มม.
- 2.4. ใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน
- 2.5. ด้าน diaphragm มี Membrane $\varnothing$ 24 มม. ให้คุณภาพเสียงที่คมชัด สามารถถอดเปลี่ยนได้
- 2.6. ขอบยาง (Non-Chill Rims) แบบบางเรียบเพื่อให้ Membrane สัมผัสตรวจออกได้แนบสนิท
- 2.7. หูฟังแบบนี้สามารถหมุนได้ (Soft, pivotable Ear-Tips) ทำให้ใส่สบายกระชับกับช่องหู แม้เคลื่อนไหว
- 2.8. ด้านในมีสปริง สามารถปรับแรงกดสัมผัส (contact pressure) ได้
- 2.9. นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
- 2.10. รับประกัน 1 ปีจากการใช้งานปกติ



บริษัท เฟอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 3.1. อะไหล่สำรอง Ear-Tips 1 คู่
- 3.2. อะไหล่สำรอง Membrane Ø 24 มม. 1 แผ่น
- 3.3. แลปป้ายชื่อ 1 อัน