



บริษัท เฟอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ Omron รุ่น HBP 9030



1. วัตถุประสงค์

นิยมใช้ในโรงพยาบาลใช้หลักการวัดแบบ Oscillometric method ฝ่าพื้นแขนเป็นแบบแอนตี้แบคทีเรีย มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ใช้หลักการวัดแบบ Oscillometric method
- 2.2. สามารถวัดความดันโลหิตใน ช่วง 0 – 299 มิลลิเมตรปรอทมีความถูกต้อง ± 3 มิลลิเมตรปรอท
- 2.3. สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร 40 -180 ครั้ง ต่อนาที มีความถูกต้อง $\pm 5\%$
- 2.4. สามารถวัดผู้ป่วยที่มีขนาดรอบวงแขน ตั้งแต่ 17 – 42 เซนติเมตร
- 2.5. มี Sensor ตรวจสอบการวางตำแหน่งของการสอดแขน และ มีหลอดไฟ (Light Indicates) แสดงความถูกต้อง ของการสอดแขนก่อนทำการวัด
- 2.6. เมื่อวัดเสร็จเครื่องจะทำการตัดกระดาศโดย อัตโนมัติ
- 2.7. สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา
- 2.8. มีปุ่ม Start 2 ปุ่ม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- 2.9. มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)
- 2.10. มีเสียงพูดแนะนำขณะที่ทำการวัด และบอกค่า
- 2.11. ความดันโลหิตชีพจรด้วย เสียงพูดได้
- 2.12. สามารถเลือกให้เครื่องพิมพ์ผลค่า MAP (Mean Arterial Pressure) หรือ ไม่พิมพ์ก็ได้
- 2.13. สามารถเลือกแบบที่จะพิมพ์ได้ 3 แบบ



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

- 2.14.สามารถตั้งระยะเวลาแสดงผลได้ตั้งแต่ 15, 30, 60 วินาที
- 2.15.ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม
- 2.16.เหมาะสำหรับแผนกผู้ป่วยนอกที่ต้องการความรวดเร็ว
- 2.17.อุโมงค์ปรับระดับได้ตามความสูงของคนไข้
- 2.18.ผ้าพันแขนเป็นแบบแอนตี้แบคทีเรีย
- 2.19.สามารถพิมพ์ผล และ ตัดกระดาษอัตโนมัติ

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 3.1. เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
- 3.2. รับประกันคุณภาพ 1 ปี