



บริษัท เพอเพค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสงห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิ EXTECH รุ่นTM20



1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

- 1.1. ตั้งค่า Alarm Hi-LOW เพื่อแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงหรือต่ำได้
- 1.2. สายยาว 2.9 เมตร, โพรบหรือหัววัดยาว 20 มม.
- 1.3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 70°C
- 1.4. ความแม่นยำ $\pm 1^{\circ}\text{C}$ และความละเอียด 0.1°C
- 1.5. มีแม่เหล็กด้านหลังตัวเครื่องเพื่อยึดติดกับโลหะ

2. คุณสมบัติทั่วไป

- 2.1 สายยาว 2.9 เมตร, โพรบหรือหัววัดยาว 20 มม.
- 2.2 ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 70°C
- 2.3 ตั้งเตือนอุณหภูมิสูงหรือต่ำ (Alarm Hi-LOW) มีเสียงและไอคอนเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินจากค่าที่กำหนด
- 2.4 มีแม่เหล็กด้านหลังตัวเครื่องเพื่อยึดติดกับโลหะ
- 2.5 ตัวเครื่องกันน้ำระดับ IP65
- 2.6 ตัวเครื่องกันน้ำ IP65
- 2.7 ความแม่นยำ $\pm 1^{\circ}\text{C}$ และความละเอียด 0.1°C
- 2.8 มีฟังก์ชันแสดงผลค่า MAX/MIN และฟังก์ชัน HOLD
- 2.9 แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- 2.10 ขนาดของตัวเครื่อง 86Lx57Hx30D มม.
- 2.11 น้ำหนัก 90 กรัม



บริษัท เฟอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสงห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

3. ภายในกล่องประกอบด้วย

แถบแม่เหล็กด้านหลัง, แท่นวาง, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและแบตเตอรี่ CR2032 3V