



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Pperfect.quailty.lab@gamil.com

## คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Extech รุ่น 445814



### 1. วัตถุประสงค์

สินค้า Extech รุ่น 445814 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Hygro-Thermometer ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ในการแสดงผล สะดวกในการอ่าน

### 2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ต่อการอ่าน หน้าจอจะแสดงค่า อุณหภูมิ ความชื้นและอุณหภูมิจุดน้ำค้าง
- 2.2. สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนของความชื้นได้
- 2.3. มีฟังก์ชันแสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุด และการรีเซ็ตตัวเครื่อง
- 2.4. ช่วงการวัดความชื้น : 10 ถึง 99% RH
- 2.5. ช่วงการวัดอุณหภูมิ : 14 ถึง 140°F (-10 ถึง 60°C)
- 2.6. ความถูกต้องของตัวเครื่อง:  $\pm 4\%RH$  และ  $\pm 1^{\circ}C$  หรือ  $1.8^{\circ}F$