



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสงห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quailty.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว YUWELL รุ่น YX110



1. วัตถุประสงค์

Yuwell เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว YX110 ขนาดนิ้วมือที่ใช้ตรวจวัด ยกเว้นนิ้วโป้ง ระหว่าง 0.3 และ 1.0 นิ้ว (0.8 – 2.54 ซม.) จอแสดงผล LED มีการแสดงระดับแบตเตอรี่และความแรงของอัตราชีพจร

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. วัดระดับออกซิเจนในเลือดและอัตราชีพจรผ่านปลายนิ้ว (แนะนำใช้นิ้วชี้)
- 2.2. ขนาดนิ้วมือที่ใช้ตรวจวัด ยกเว้นนิ้วโป้ง ระหว่าง 0.3 และ 1.0 นิ้ว (0.8 – 2.54 ซม.)
- 2.3. จอแสดงผล LED มีการแสดงระดับแบตเตอรี่และความแรงของอัตราชีพจร 1 Direction Display
แสดงผล SpO2 ที่ 0% - 100% Pulse rate ที่แสดง 25 bpm – 250 bpm
- 2.4. ทำงานแบบต่อเนื่อง 17 ชั่วโมง (เวลาในการใช้งานขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่)
- 2.5. ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน มีบลูทูธ 5.1
- 2.6. เครื่องจะทำการปิดโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานภายใน 8 วินาที
- 2.7. ปรอทกันน้ำกันฝุ่น IP22 ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ได้