



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว BEURER รุ่น PO30



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Beurer รุ่น PO30 ใช้วัดระดับออกซิเจนในเลือด (SpO2) และวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (PRbpm) เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่ปริมาณออกซิเจนต่ำ เช่น หัวใจล้มเหลว นักปีนเขา โรคหอบหืด นักร้อง และโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด 36 x 61 x 32 มม.
- 2.2. น้ำหนัก 57 กรัม
- 2.3. มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับใช้ในบ้านและขณะเดินทาง
- 2.4. จอสีแสดงผล 4 ทิศทาง อัตโนมัติ
- 2.5. สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้
- 2.6. แสดงผลเป็นแบบกราฟและตัวเลข
- 2.7. ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
- 2.8. แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- 2.9. นำเข้าจากประเทศเยอรมนี
- 2.10. รับประกัน 5 ปีจากการใช้งานปกติ



บริษัท เพอร์เฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

3.1. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

3.2. สายคล้องคอ

3.3. กระเป๋าเก็บรักษา

3.4. ถ่าน AAA 1.5 V จำนวน 2 ก้อน