



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quailty.lab@gmail.com

## คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ แบบมือหมุน PISIT รุ่น PS05



### 1. วัตถุประสงค์

เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ พื้นเหล็กเรียบ พร้อมที่นอน และเสาน้ำเกลือ เป็นเตียงผู้ป่วย โครงสร้างเตียงแข็งแรงทนทาน แม้นผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวเยอะก็สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี

### 2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาดเตียง 90 x 200 x 60 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) (ความสูงยังไม่รวมที่นอน)
- 2.2. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กจาก ฟันสีกันสนิมอย่างดี
- 2.3. พื้นเตียงแบ่งออกเป็น 4 ตอน พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่นเรียบ แข็งแรง ทนทาน
- 2.4. พนักหัว-ท้ายเตียง บุด้วยโฟมกำสิจาวทั้ง 2 ด้าน ครอบด้วยแผ่นสแตนเลส
- 2.5. สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง ยกสูงได้ประมาณ 0 – 75 องศา
- 2.6. สามารถปรับระดับด้านขาเตียง ยกสูงได้ประมาณ 0 – 35 องศา
- 2.7. มือหมุนทำจากเหล็กชุบโครเมียม สามารถพับเก็บได้ สะดวกเวลาใช้งาน
- 2.8. ราวกันเตียงทำจากสแตนเลสกลมขนาด 1 นิ้วคัดโค้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีระบบล็อก-ปลดล็อก อยู่ตรงกลางราวกัน สามารถปรับขึ้น-ลง ได้
- 2.9. ใส่ลูกล้อเก็ยขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรคทั้ง 4 ล้อ
- 2.10. ที่นอนทำจากใยมะพร้าว หุ้มด้วยผ้าหนังเทียม
- 2.11. มีตะขอแขวนถุงน้ำเกลือ 1 ต้น



**บริษัท เพอร์เฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด**

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.qualilty.lab@gmail.com

2.12.มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือ 1 จุด

2.13.สินค้าผลิตในประเทศไทย รับประกัน 1 ปี