



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quailty.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ แบบมือหมุน PISIT รุ่น PS07



1. วัตถุประสงค์

เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ พื้นเหล็กแนวขวาง พร้อมที่นอน และเสาน้ำเกลือ เป็นเตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน โครงสร้างเตียงทำจากเหล็ก แข็งแรงทนทาน แม้นผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวเยอะก็สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เตียงผู้ป่วย มีขนาด 90 x 210 x 50 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- 2.2. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่องพ่นสีกันสนิม มีความแข็งแรง ทนทาน
- 2.3. พื้นเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน ทำจากพื้นเหล็ก เพิ่มความแข็งแรง คงทน
- 2.4. พนักหัว-ท้ายเตียงทำจากพลาสติก ABS นิดขึ้นรูป ขอบมนโค้ง สามารถถอดเข้า – ออกได้แบบสวมเข้า
- 2.5. มีแผ่นป้ายชื่อที่ท้ายเตียง
- 2.6. ราวกันเตียงทำจากอลูมิเนียมพับเก็บได้ โดยมีชุดบีบล็อกล็อกอยู่บริเวณปลายราว
- 2.7. สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง ยกสูงได้ประมาณ 0 – 75 องศา
- 2.8. สามารถปรับระดับด้านขาเตียง ยกสูงได้ประมาณ 0 – 35 องศา
- 2.9. มือหมุนทำจากเหล็กชุบ โครเมียม สามารถพับเก็บได้ สะดวกเวลาใช้งาน
- 2.10. ราวกันเตียงทำจากอลูมิเนียม พับขึ้น-ลงได้ โดยมีชุดบีบล็อกล็อกอยู่บริเวณปลายราว



บริษัท เพอร์เฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

2.11.ใส่ล้อขนาด 5 นิ้ว มีระบบล็อกล้ออิสระทั้ง 4 ล้อ

2.12.มีตะขอแขวนถุงน้ำเกลือ 1 ตัว

2.13.มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือ 4 จุด

2.14.สินค้าผลิตในประเทศไทย รับประกัน 1 ปี