



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ แบบมือหมุน PISIT รุ่น PS011



1. วัตถุประสงค์

เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ แบบมีเสาราวกัน พร้อมที่นอน และเสาน้ำเกลือ เป็นเตียงผู้ป่วยแบบระบบหมุนมือ โครงสร้างเตียงแข็งแรงทนทาน แม้คนป่วยมีน้ำหนักตัวเยอะก็สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เตียงผู้ป่วยมีขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 47-65 ซม.(กว้าง x ยาว x สูง) ความสูงไม่รวมที่นอน
- 2.2. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่องพ่นสีกันสนิม
- 2.3. พื้นเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน ทำจากพื้นเหล็กปั๊มเจาะรูระบาย
- 2.4. พนักหัวท้ายเตียง ทำจากไม้บุโฟมกำสัข้าว ครอบด้วยสแตนเลสกลม ขนาด 1" สามารถถอดเข้าออกได้
- 2.5. สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง ได้ไม่น้อยกว่า 0-75 องศา
- 2.6. สามารถปรับระดับด้านขาเตียง ยกองเข้าสูงได้ไม่น้อยกว่า 0-35 องศา
- 2.7. สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ของตัวเตียง ได้ไม่น้อยกว่า 47-65 ซม.
- 2.8. มือหมุนทำจากเหล็กชุบโครเมียม สามารถพับเก็บได้
- 2.9. ราวกันเตียงทำจากสแตนเลสกลมขนาด 1" ดัดโค้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีระบบล็อก-ปลดล็อก อยู่ตรงกลางราวกัน สามารถปรับขึ้น-ลงได้



บริษัท เพอร์เฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

- 2.10. ล้อขนาด 5" มีเบรกทั้งหมด 4 ล้อ
- 2.11. ที่นอนทำจากใยมะพร้าว หุ้มด้วยผ้าหนังเทียม
- 2.12. มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือ 1 จุด พร้อมเสาน้ำเกลือ 1 คัน
- 2.13. สินค้าผลิตในประเทศไทย รับประกัน 1 ปี