



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟั่นละอองยา YUWELL รุ่น 405A



1. วัตถุประสงค์

เครื่องฟั่นละอองยา Yuwell รุ่น 405A เป็นเครื่องฟั่นละอองยาขยายหลอดลม เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพองและโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ สะดวกต่อการพกพา

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ใช้สำหรับฟั่นละอองยาในผู้ป่วยโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
- 2.2. ขนาดเล็ก 13.5 x 6.5 x 6.8 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- 2.3. น้ำหนักเฉพาะตัวเครื่อง 260 กรัม
- 2.4. ใช้งานต่อเนื่องได้ 20 นาที หยุดพักเครื่อง 40 นาที
- 2.5. ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V, 50Hz
- 2.6. ฟั่นละอองยาในขนาด 3.9 ไมครอน
- 2.7. อัตราการให้ละอองยา (Nebulization Rate) มากกว่า 0.2 มิลลิลิตรต่อนาที
- 2.8. อัตราการไหลของอากาศ >3.5 ลิตร/นาที
- 2.9. ตัวเครื่องทำงานเสียงดังไม่เกิน 55 เดซิเบล
- 2.10. รับประกัน 1 ปีจากการใช้งานปกติ



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 3.1. เครื่องฟั่นละอองยา รุ่น 405A
- 3.2. adapter สำหรับต่อใช้ไฟบ้าน
- 3.3. สายต่อพ่นยา
- 3.4. กระเปาะพ่นยา
- 3.5. หน้ากากพ่นยา
- 3.6. ถังหัว สำหรับใส่อุปกรณ์
- 3.7. ใบรับประกัน
- 3.8. คู่มือประกอบการใช้งาน