



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ Creative K10



1. วัตถุประสงค์

จอแสดงผลความละเอียดสูงขนาด 10.4 นิ้ว สามารถเลือกหน้าจอสัมผัสได้ การส่งออกข้อมูลและการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบการตรวจสอบผู้ป่วย

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. จอแสดงผลความละเอียดสูงขนาด 10.4 นิ้ว สามารถเลือกหน้าจอสัมผัสได้
- 2.2. 9 ติดตามรูปคลื่นบนหน้าจอและสูงสุดได้ถึง 13
- 2.3. รอบการวัด NIBP ที่ผู้ใช้กำหนดเองได้สูงสุดถึง 5 เฟส
- 2.4. การส่งออกข้อมูลและการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบการตรวจสอบผู้ป่วย
- 2.5. การคำนวณทางคลินิกที่หลากหลายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- 2.6. มีโปรโตคอล HL7 มุมมองจากเตียงถึงเตียง และ ECG 5-lead ครบ