



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย HTI รุ่น HT-860D



1. วัตถุประสงค์

HT-860D แบรนด HTI เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย หน้าฉาก ความแม่นยำสูง $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ หน้าจอ LCD พร้อม Back light ทำให้สามารถอ่านค่าได้แม้ในที่แสงสว่างน้อย หน้าจอแสดงสีเขียว สีเหลือง สีแดง ตามระดับอุณหภูมิ ความร้อนของไข้

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ช่วงอุณหภูมิ: $32.0 \sim 43.0^{\circ}\text{C}$
- 2.2. ความแม่นยำของอุณหภูมิ: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- 2.3. ความละเอียด: 0.1°C
- 2.4. เวลาตอบสนอง: 0.5 วินาที
- 2.5. ระยะการวัด: $5 \sim 8\text{cm}$
- 2.6. แบตเตอรี่: 2XAA1.5V