



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว RIESTER รุ่น ri-fox N (1905)



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ยี่ห้อ Riester รุ่น ri-fox N (1905) มีขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้วัดออกซิเจนบริเวณปลายนิ้วได้อย่างแม่นยำ สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกสบาย มีระบบการแสดงผลผ่านระบบจอดิจิทัล ใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. มีขนาด 66 x 39 x 32 มม.
- 2.2. ที่วัดออกซิเจนมีน้ำหนัก 48 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
- 2.3. แสดงผลผ่านหน้าจอ LED
- 2.4. แสดงค่า SpO₂, Pulse Rate, Pulse Signal (Bar Graph Indicator), Low Power Indicator
- 2.5. ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ไซส์ AAA ขนาด 1.5V จำนวน 2 ก้อน
- 2.6. เครื่องจะดับอัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 8 วินาที
- 2.7. ที่วัดออกซิเจนได้มาตรฐาน ISO 13485
- 2.8. นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
- 2.9. รับประกัน 1 ปี จากการใช้งานปกติ



บริษัท ดีออกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. คุณลักษณะเทคนิค

3.1. ค่า SpO₂

3.1.1. ช่วงการวัด : 70-99%

3.1.2. ความแม่นยำ : $\pm 3\%$

3.2. Pulse Rate

3.2.1. ช่วงการวัด : 30-235 bpm

3.2.2. ความแม่นยำ : ± 2 bpm ในช่วง 30-100 bpm และ $\pm 2\%$ ในช่วง 101-235 bpm

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

4.1. สายคล้องเครื่อง 1 เส้น

4.2. แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA ขนาด 1.5 V จำนวน 2 ก้อน

4.3. คู่มือการใช้งานที่วัดออกซิเจนปลายนิ้ว 1 ชุด