



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว BEURER รุ่น PO30



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Beurer รุ่น PO30 ใช้วัดระดับออกซิเจนในเลือด (SpO2) และวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (PRbpm) เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่ปริมาณออกซิเจนต่ำ เช่น หัวใจล้มเหลว นักปีนเขา โรคหอบหืด นักสกี และโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด 36 x 61 x 32 มม.
- 2.2. น้ำหนัก 57 กรัม
- 2.3. มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับใช้ในบ้านและขณะเดินทาง
- 2.4. จอสีแสดงผล 4 ทิศทาง อัตโนมัติ
- 2.5. สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้
- 2.6. แสดงผลเป็นแบบกราฟและตัวเลข
- 2.7. ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
- 2.8. แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- 2.9. นำเข้าจากประเทศเยอรมนี
- 2.10. รับประกัน 5 ปีจากการใช้งานปกติ



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟก จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 3.1. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
- 3.2. สายคล้องคอ
- 3.3. กระเป๋าเก็บรักษา
- 3.4. ถ่าน AAA 1.5 V 2 ก้อน