



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา SYRINGE PUMP

Howmed HK-400



1. วัตถุประสงค์

สามารถตั้งอัตราการให้สารละลาย ได้ 6 แบบ คือ Rate mode, Time mode, Body weight mode, Drug Library mode, Intermittent mode และ TVA mode

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ใช้ในการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำกับผู้ป่วย
- 2.2. บันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1500 ข้อมูล
- 2.3. สามารถตั้งอัตราการให้สารละลาย ได้ 6 แบบ คือ Rate mode, Time mode, Body weight mode, Drug Library mode, Intermittent mode และ TVA mode
- 2.4. ขนาดเครื่อง (กxยxส) 125x300x130 มม. น้ำหนักประมาณ 1.8 กก.
- 2.5. ตัวยึดด้านหลัง สามารถติดตั้งได้ทั้ง เสาแนวตั้ง และแนวนอน
- 2.6. ใช้กับไฟฟ้าขนาด AC 100~240V 50/60HZ หรือ DC: 12+1.2V.
- 2.7. มีแบตเตอรี่ชาร์จได้ เป็นประเภท Lithium Polymer 7.4V 1900mAh
- 2.8. มีระบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง และส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้
- 2.9. หน้าจอสี LCD ขนาด 2.8 นิ้ว
- 2.10. รับประกัน 1 ปี