



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟก จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะแผ่นตรวจคีโตนในเลือด eBKetone



1. วัตถุประสงค์

แผ่นตรวจคีโตนในเลือด eBKetone 10 ชิ้น/กล่อง “แผ่นตรวจคีโตนในเลือด” eBKetone ต้องใช้กับเครื่องตรวจคีโตนในเลือด ของ eBKetone เท่านั้น ห้ามใช้ร่วมกับเครื่องตรวจยี่ห้ออื่น

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ใช้กับเครื่องวัดน้ำตาลยี่ห้อ eBKetone เท่านั้น
- 2.2. ใช้สำหรับตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- 2.3. ใช้เลือดเพียง 0.5 ไมโครลิตร
- 2.4. บอกลดผลภายใน 10 วินาที
- 2.5. แผ่นตรวจ บรรจุจำนวน 10 ชิ้น

3. คำเตือน

- 3.1. สำหรับใช้กับเครื่องตรวจ eBKetone เท่านั้น
- 3.2. ห้ามเก็บในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเย็น หรือ ห้ามนำไปแช่ในตู้เย็น
- 3.3. ใช้ตรวจหาค่าภาวะคีโตซิสในเลือด
- 3.4. ใช้เลือดน้อยเพียง 0.5 ไมโครลิตร
- 3.5. บอกลดผลภายใน 10 วินาที
- 3.6. แผ่นตรวจ บรรจุจำนวน 10 ชิ้น
- 3.7. ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
- 3.8. ห้ามนำแผ่นทดสอบที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่