



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น JEDTO รุ่น DT-5



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น JEDTO รุ่น DT-5 เป็นอุปกรณ์ดิจิทัลที่รวมฟังก์ชันของเทอร์โมมิเตอร์ (วัดอุณหภูมิ) และไฮโกรมิเตอร์ (วัดความชื้น) ไว้ในเครื่องเดียว

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ช่วงการวัดอุณหภูมิภายใน -30°C ถึง 50°C
- 2.2. ช่วงการวัดอุณหภูมิภายนอก -50°C ถึง 70°C
- 2.3. ความละเอียด 0.1 °C
- 2.4. ค่าความถูกต้อง $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 2.5. ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 99%RH
- 2.6. ความละเอียด 1%RH
- 2.7. ค่าความถูกต้อง $\pm 3\%\text{RH}$
- 2.8. เซ็นเซอร์ 2 จุดวัดอุณหภูมิได้ทั้งภายในและภายนอก
- 2.9. ฟังก์ชัน MAX/MIN และ RESET
- 2.10. จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่
- 2.11. มีแม่เหล็กด้านหลังเพื่อยึดติดกับโลหะ
- 2.12. สามารถแขวนกำแพงหรือวางบนโต๊ะ
- 2.13. ฟังก์ชันนาฬิกาแสดงเวลาได้
- 2.14. สายเซ็นเซอร์ยาวประมาณ 1 เมตร